

Serix Dark – Manusi de Examinare Nitril Nepudrate

Specificatiile produsului



Descriere

- Manusile de examinare Serix Dark din nitril 100% sunt fabricate la cele mai inalte standarde de calitate si ofera protectie sporita si rezistenta chimica excelenta.
- Mai rezistente impotriva perforatiilor si rupturii decat manusile din latex.
- Usor de pus si scos datorita coeficientului bun de frecare.
- Datorita designului si a texturarii la nivelul degetelor ofera dexteritate, inclusiv in medii umede.
- Manusile Serix Dark sunt destinate pentru a fi purtate de catre personalul medical in timpul procedurii de examinare medicala pentru a proteja contaminarea incrucisata intre personalul medical si pacient.
- Testat si certificat ca dispozitiv medical in conformitate cu EN 455.

Domenii de utilizare

- Spitale, Laboratoare, Clinici
- Institutii de ingrijire
- Cabinete stomatologice
- Cabinete veterinare
- Productia si procesarea alimentelor
- Industria cosmetica

Avantaje

- Ambidextre, cu un design adaptabil si degete texturate pentru o mai buna manevrabilitate.
- Potrivite pentru persoanele alergice la latex.
- Ideale pentru utilizare in domeniul alimentar.
- Foarte delicate si confortabile la atingere.
- Text in mai multe limbi pe cutie (EN, RO, DE, IT, ES, CZ, PL, GR, BG).

Specificatii

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Producator | Blue Sail Medical Co., Ltd | | | | |
| EC-REP | Lotus NL B.V | | | | |
| Brand | Serix Dark | | | | |
| Culoare | Negru | | | | |
| Material | 100% Nitril, Nepudrat | | | | |
| Lungime | min. 240 mm | | | | |
| Grosime | 0,07 mm. (degete) 0,06 mm. (palma) | | | | |
| Marime | XS | S | M | L | XL |
| Latime palma (mm) (±10) | 70 | 80 | 95 | 110 | 120 |
| Greutate (g) (±0,3) | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| Rezistenta | 6 N | | | | |
| AQL Value 1,5 | Da | | | | |
| Texturat | Degete | | | | |
| Ambalare | 1 ctn = 100 manusi x 10 cutii | | | | |
| Dimensiune cutie | 210 x 115 x 60 mm | | | | |
| Sterilizare | Ne-Sterile, De unica folosinta | | | | |
| Dispozitiv medical | Da, MDR 2017/745, Clasa I | | | | |
| Disp. de Protectie | Da, PPE 2016/425, Cat III | | | | |
| Ambidextru | Da | | | | |

Certificari si Standarde

| |
|--|
| EN 455 - 1, 2, 3, 4 |
| EN ISO 13485:2016 |
| ASTM D6319-19, 6124-06 (2017) |
| EN ISO 374-5: 2016, EN374-4:2013 |
| EN ISO 374-1: 2016/Type B (KPT) |
| EN 420: 2003 + A1:2009 (Palm Protection) |
| CE2777 comply to PPE Regulation 2016/425 Cat III |

