

Serix – Manusi de Examinare Latex Pudrate

Specificatiile Produsului



Descriere

- Manusile de examinare Serix din latex 100% sunt fabricate la cele mai inalte standarde de calitate si ofera protectie sporita si rezistenta chimica excelenta.
- Datorita designului si a texturarii la nivelul degetelor ofera dexteritate, inclusiv in medii umede.
- Manusile Serix sunt destinate pentru a fi purtate de catre personalul medical in timpul procedurii de examinare medicala pentru a proteja contaminarea incrucisata intre personalul medical si pacient.
- Testat si certificat ca dispozitiv medical in conformitate cu EN 455.

Domenii de utilizare

- Spitale, Laboratoare, Clinici
- Institutii de ingrijire
- Cabinete stomatologice
- Cabinete veterinare
- Productia si procesarea alimentelor
- Industria cosmetica

Avantaje

- Ambidextre, cu un design adaptabil si degete texturate pentru o mai buna manevrabilitate
- Aderenta mai buna si confort mai mare
- Ideal pentru mediul de lucru alunecos
- Text in mai multe limbi pe cutie (EN, RO, IT, DE, FR, ES, GR)

Depozitare

A se pastra intr-un loc racoros si uscat. Cutia deschisa trebuie protejata de expunerea directa la soare sau la lumina fluorescanta.

Specificatii

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------|-------|---------|---------|
| Producator | Maxter Glove Manufacturing Sdn Bhd | | | | |
| EC-REP | Supermax Healthcare Limited | | | | |
| Brand | Serix | | | | |
| Culoare | Alb | | | | |
| Material | 100% Latex, Pudrat | | | | |
| Lungime | min. 240 mm | | | | |
| Grosime | 0,10 mm. (degete) 0,09 mm. (palma) | | | | |
| Marime | XS | S | M | L | XL |
| Latime palma (mm) | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 |
| Greutate (g) (±0,2) | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,3 |
| Rezistenta | 6 N | | | | |
| AQL Value 1,5 | Da | | | | |
| Texturat | Nu (Suprafata neteda) | | | | |
| Ambalare | 1 ctn = 100 manusi x 10 cutii | | | | |
| Dimensiune cutie | 220 x 110 x 65 mm | | | | |
| Sterilizare | Ne-Sterile, De unica folosinta | | | | |
| Dispozitiv medical | Da, MDR 2017/745, Clasa I | | | | |
| Disp. de Protectie | Da, PPE 2016/425, Cat III | | | | |
| Ambidextrous | Yes | | | | |

Certificari si Standarde

| |
|--|
| EN 455 - 1, 2, 3, 4 |
| ISO 13485:2016, EN ISO 13485:2016 |
| ISO 9001:2015 |
| EN ISO 374-5: 2016, EN374-4:2013 |
| EN ISO 374-1: 2016/Type C (KPT) |
| EN 420: 2003 + A1:2009 (Palm Protection) |
| CE0598 comply to PPE Regulation 2016/425 Cat III |

